

REUNIÓN DE LA RED REGIONAL DE LABORATORIOS NACIONALES DE CONTROL DE CALIDAD DE VACUNAS (RRLNCCV)



Panamá, 17- 19 de Marzo, 2009



Uso de Vacunas en Cuba

- ✓ Vacuna antitetánica
- ✓ Vacuna antidiftérica y antitetánica
- ✓ Vacuna antidiftérica, antitetánica y antipertusis
- ✓ Vacuna antihepatitis B recombinante
- ✓ Vacuna antimeningocócica BC
- ✓ Vacuna contra *Haemophilus Influenzae* tipo b
- ✓ Vacuna antitifoídica
- ✓ Vacuna trivalente antileptospirósica
- ✓ Vacuna tetraivalente (DTP-HB)
- ✓ Vacuna pentavalente (DTP-HB+Hib)
- ✓ Vacuna antipoliomielítica oral (OPV)
- ✓ Vacuna triple viral (PRS)
- ✓ Vacuna BCG





PATRONES REGIONALES

Existencias

Patrón	Lote	Cantidad
Patrón de Referencia de Antitoxina Diftérica	AD-01	20 bbs (Recibido 2007.08, cant: 30 bbs)
Patrón Regional de Vacuna Pertussis	PER-02	18 bbs (Recibido 2007.04, cant: 30 bbs)
Patrón Regional de cepa de Desafío de <i>Bordetella Pertussis</i> 18323	DES - 02	4 ampollas (Recibido 2007.03, cant: 6 ampollas)
Patrón Regional de Vacuna BCG	BCG-01	15 ampollas (Recibido 2005.10, cant: 15 ampollas)
Primer Patrón Regional contra la Fiebre Amarilla	003	15 bbs (Recibido 2008.03, cant: 15)

Necesidades

- ✓ Patrón Regional de Vacuna trivalente contra Polio atenuada
- ✓ Patrón Regional de Vacuna contra Sarampión





SPC Explorer RT

- ✓ Taller para la Implementación del Programa SPC Explorer RT en el Manejo de Gráficos de Control de la RRLNCCV (INCQS - Brasil, del 17 al 20 de junio de 2008)
- ✓ Disertación sobre el empleo del Programa SPC Explorer RT para monitorear Materiales de Referencia Biológicos (CECMED, 21 de julio de 2008)
- ✓ Modificación de la documentación para la implementación del programa SPC Explorer RT (CECMED, julio de 2008)
- ✓ Implementación del programa (CECMED, agosto de 2008)




MONITOREO DEL MR VacHB 070902

VacHB070902 - ED50
Potencia in vitro de la vacuna antihepatitis B



Ind.-X / MR Chart
UCL(fixed): 172,712
LCL(fixed): 37,591
PCL(fixed): 105,152
Grand Avg: 105,042
Process Sigma(calc): 19,246
Curve Fit: Normal
K-S: 0,717
Control Limits Fixed
Plotted Subgroups: All
Dropped Subgroups: None
Run Test Applied: 1,2,3,5
Run Tests Failed: None
SubGroup Avg: 128,689
SubGroup Range: 12,607
SubGroup Status: Active





MUCHAS GRACIAS

